HAKSER-ATA Çevre Laboratuarı San. Tic. Ltd. Şti.

NUMUNE KORUMA/SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

Kapsam	Parametre	Kap Cinsi	Koruma ve Saklama Şartları	Maksimum Saklama Süresi	Minimum Numune Hacmi (mL)
AK/B	pH	P, C	Bekletilmeden analiz edilmelidir.	1 gün	100
AK/B	Sıcaklık	P, C	Bekletilmeden analiz edilmelidir.	1 gün	100
AK/B	Çözünmüş Oksijen	P, C	Bekletilmeden analiz edilmelidir.	1 gün	100
AK/B	İletkenlik	P, C	Bekletilmeden analiz edilmelidir.	1 gün	100
AK/B	Askıda Katı Madde	P, BC, PTFE	<6 C^0 ile soğutma	7 gün	1000
AK/B	Çökebilir Katı Madde	P, BC, PTFE		2 gün	1000
AK/B	Kimyasal Oksijen İhtiyacı	P, C	2 C^0 ile 8 C^0 arasında soğutma, pH 1-2 olacak şekilde H_2SO_4 ile asitlendirme	6 ay	1000
		P	< -18 C^0 dondurma	6 ay	
AK/B	Biyolojik Oksijen İhtiyacı	P, C	<6 C^0 ile soğutma, numuneyi karanlıkta muhafaza veya koyu renkli kap kullanımı	1 gün	1000
		P	< -18 C^0 dondurma, karanlıkta muhafaza veya koyu renkli kap kullanımı	1 ay (>50 mg/L ise 6 ay)	
AK/B	Yağ Gres	C	2 C^0 ile 8 C^0 arasında soğutma, pH 1-2 olacak şekilde H_2SO_4 ile asitlendirme, Kabın yaklaşık %90' ı doldurulur	1 ay	1000
AK/B	Sülfat	P, C	2 C^0 ile 6 C^0 arasında soğutma	1 ay	250
AK/B	Klorür	P, C	-	1 ay	250
AK/B	Krom^{+6}	P, BC	pH~9 (NaOH), <6 C^0 ile soğutma	28 gün	250
AK/B	Renk	P, C	Numuneyi karanlıkta muhafaza veya koyu renkli kap kullanımı	5 gün	100
AK/B	Bulanıklık	P, C	Numuneyi karanlıkta muhafaza veya koyu renkli kap kullanımı, mümkünse sahada analiz edilir.	1 gün	100
AK/B	Alkalinite	P, C	Çözünmüş gaz içeriği yüksek numuneler sahada analiz edilmelidir.	14 gün	250
AK/B	Metaller	PE, PP, FEP	pH 1-2 olacak şekilde HNO_3 ile asitlendirme	1 ay	100
AK/B	Balık Biyodeneyi	P	2 C^0 ile 8 C^0 arasında soğutma	1 hafta	5000
AK/B	Amonyum, Amonyum Azotu	P, PE, C, PTFE	4 C^0 ile soğutma	1 gün	250
			4 C^0 ile soğutma, pH<2 (H_2SO_4)	28 gün	
			<-20 C^0 ile dondurma		

P: Plastik kap, C: Cam kap, BC: Borosilikat cam, PE: Polietilen kap, PP: Polipropilen kap, PTFE: Politetraloroetilen kap, FEP: Florlü etilen propilen kap

AK : TÜRKAK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON SERTİFİKASI KAPSAMINDA

B : ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ KAPSAMINDA